

Aan alle belanghebbenden in de tandheelkunde in Nederland,

Betreft: **Belangrijke veiligheidsmelding betreft de SRAB 99D amalgaamafscheider ook wel bekend als de "groene bezinkbak, groene bak of groene accubak"**

*** Deze brief is alleen van toepassing als u de amalgaamafscheider SRAB 99D gebruikt of gaat gebruiken in uw praktijk**

Geachte belanghebbenden,

Met deze brief willen wij u informeren over belangrijke ontwikkelingen omtrent de regelgeving en vereisten voor amalgaamafscheiders in tandartspraktijken, met name het product SRAB 99D. Zoals u wellicht weet, is het gebruik van amalgaamafscheiders verplicht voor alle tandartspraktijken in Nederland. De wetgeving vereist dat deze afscheiders een minimale retentie van 95% van amalgaamdeeltjes garanderen en voldoen aan de NEN-EN-ISO Norm 11143:2008.

Op de Nederlandse markt zijn verschillende typen van de SRAB 99D amalgaamafscheiders ook wel bekend als de "groene bezinkbak, groene bak of groene accubak" verkrijgbaar.

Alleen de SRAB 99D amalgaamafscheiders van Medentex voldoen aan de vereiste NEN-EN-ISO 11143 norm.

Dit product wordt exclusief geproduceerd en gedistribueerd door Medentex en is de enige versie die de noodzakelijke certificering heeft. Alle andere oudere varianten van dit type amalgaamafscheider in de markt **voldoen niet** aan de eisen volgens artikel 10, lid 4 van de [Verordening \(EU\) 2017/852 over kwik](#) en **voldoen niet** aan de NEN-EN-ISO Norm 11143:2008. Aan deze norm moeten alle amalgaamafscheiders voldoen.

Het is van essentieel belang dat tandartspraktijken hun verplichtingen nakomen en de juiste apparatuur gebruiken om zowel wettelijke vereisten als milieuvriendelijke verantwoordelijkheid te waarborgen. Dit betekent dat u:

1. Een conforme amalgaamafscheider dient te gebruiken die minimaal 95% retentie garandeert en voldoet aan de NEN-EN-ISO Norm 11143.
2. Zorgvuldig het bijbehorende testrapport van de amalgaamafscheider moet ontvangen en bewaren.
3. Het afval dat voortkomt uit de amalgaamafscheider dient te worden afgegeven aan erkende vergunde inzamelaars (artikel 10.6 uit de Wet Milieubeheer). De documentatie na afgifte dient zorgvuldig te worden bewaard voor de duur van 5 jaar (artikel 10.37 WM).

Om te voldoen aan de NEN-EN-ISO-norm 11143:2008 raden wij u ten eerste aan om een conforme SRAB 99D amalgaamafscheider in de kliniek te gebruiken.

Voor meer informatie kunt u controleren of u een geldige ISO-certificering heeft voor de SRAB 99D "groene bezinktank, groene bak of groene accubak". Wij helpen u graag om aan de eisen te voldoen.

Neem in dit geval contact op met Medentex via telefoonnummer 020-6870119 of via e-mail:

info@medentex.nl.

U kunt rekenen op onze voortdurende ondersteuning en wij vragen u om deze informatie serieus te nemen ter bescherming van uw praktijk en het milieu.

Met vriendelijke groet,

Bassir Ihity
Branch Manager
Medentex Nederland
info@medentex.nl